

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ
„ЛАЗАРЕВАЦ“
БРОЈ: Ј04.01-7397/5
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 139/18
ДАТУМ: 23.10.2018. године
ЛАЗАРЕВАЦ

ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 139/18

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну набавку услуге – баждарење вентила сигурности посуда под притиском, ЈН 139/18 (1.2.24).

Као заинтересована лица у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 68/15) доставила су електронском поштом дана 22.10.2018 године захтеве за додатним појашњењем у вези припремања понуде за ЈН 139/18 односно следеће питање:

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО): О ком типу вентила се ради, који је PN, DN, притисак отварања? То су конкретни подаци који су врло битни за формирање понуде.

ОДГОВОР: Карактеристике вентила сигурности су:

Аутоклав „Sutjeska“: тип вентила сигурности- угаони са тегом, DN: ½``; притисак отварања: 2,5 бара. На наведеном вентилу није назначено колики је PN.

Аутоклав „Tuttnauer“: Произвођач Herose; тип вентила сигурности: угаони са опругом; DN:1/4``; PN:40; притисак отварања: 2,8 бара.

На основу свега горе наведеног наручилац ће изменити конкурсну документацију, и продужити рок за доставу понуда.